

АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ТУРЦИИ
ЦЕНТР ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБУЧЕНИЯ САРАЙКЁЙ

Номер: 69946317-305.01.99-56851

Тема: Отчет об испытаниях

03.11.2015 г.

ВОТЕР ВИТАЛ

ДОГАЛ ЭНЕРЖИ АРАШ. ГЕЛИШ. ИТХ.ИХР. ВЕ ТИДЖ. ЛТД.ШТИ.

г.ИЗМИР, Р-ОН КАРАБАГЛАР, ФАХРЕТТИН АЛТАЙ,

УЛ.МИТХАТПАША, № 1173/С, ОФ.:103, ОЗГЮР ПЛАЗА

Касательно: вашего письма от 12.10.2015 года

В наш Центр, было направлено два образца воды, названной как « Не очищенная» и «Очищенная», в сопроводительном письме содержалась просьба на проведение Анализа суммарной Альфа/Бета радиоактивности в воде и Анализа Гамма радиоактивности (Cs137/Cs134). Так же, была просьба сравнить измеренные значения радиоактивности образцов воды между собой.

Анализ направленных нам образцов воды завершен, Отчет об испытаниях отражающий результаты исследований прилагаем к данному письму. В результате Гамма радиоактивного (Cs-137/Cs134) анализа проб воды сравнение радионуклидов Cs-137 и Cs-134 не проводилось, поскольку не было обнаружено радиоактивности выше измеряемого уровня. При сравнении результатов Анализа Суммарной Альфа / Бета радиоактивности проб воды, было установлено, что с точки зрения относительной разницы в соответствии со Стандартом метода ЕРА 900.0 не было статистически значимой разницы между результатами Суммарной Альфа / Бета радиоактивности проб воды.

К вашему сведению.

Док. Али ТАНРЫКУТ

И.О. Директора Центра

Подпись

Приложение: Отчет об испытаниях (2 шт., 1 страница/отчет)

